



Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Томский областной онкологический диспансер»

Юр. адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 115 Тел/факс: (3822) 51-52-08 E-mail: office@tomonco.ru http://tomonco.ru
ОКПО 03813784 ОГРН 1027000863603 ИНН/КПП 7019026990/701701001

17.08.2020 г.

**Отзыв о медицинском оборудовании: Низкотемпературный плазменный
стерилизатор Reno-D50 (RENOSEM Co., Ltd., Южная Корея).**

Замечательный стерилизатор, у которого в качестве стерилизующего вещества используется плазма. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации.

Из главных плюсов можно выделить следующие характеристики:

1. Быстрые сроки выполнения работы. Короткое время цикла стерилизации в течение 27мин. (Экономичный цикл) и 45 мин. (Прогрессивный цикл) приносит быструю обратную пользу устройства.
2. Безопасность. 1 кассета(герметичная) за 1 цикл; без канцерогенов; без мутагенов; легкая и простая загрузка; Уничтожает бактерии, вирусы, микобактерии туберкулеза и споры.
3. Отсутствие вредных и нетоксичных паров воды и кислорода, не остаются в качестве побочных продуктов процесса стерилизации. Нет необходимости проветривать агрегат.
4. Вместительная двойная камера прямоугольной формы из кислотоупорной нержавеющей стали.
5. Не смотря на немалые размеры, аппарат очень мобильный.
6. Широкий спектр изделий, разрешенных стерилизовать данным способом.

Старшая медицинская сестра
операционного блока ОГАУЗ «ТООД»



Прохоренко Т.А.